

Productie 20 – Luchtmetingen staan op www.luchtmetingencuracao.org



Informatie

Op deze webpagina zijn de metingen van 2 meetstations op Curaçao terug te vinden.

De locatie van de meetstations is zorgvuldig uitgekozen:

- Lokatie Beth Chaim staat aan de rand van het Schottegat-industriegebied. Uit eerdere studies (m.b.v. verspreidingsmodelberekeningen) is gebleken dat hier de hoogste concentraties verwacht kunnen worden. De metingen van dit meetstation dienen om de luchtkwaliteit ter hoogte van Beth Chaim aan de luchtkwaliteitsnormen te toetsen. (artikels 6.0 en 7.0 van [Attachment F](#))

- Lokatie Kas Chikitu is ingericht om de belasting van de bewoners te monitoren. Daarom wordt er op deze locatie PM10 gemeten (stof dat kan worden ingeademd) en niet het "totaal stof" wat op Beth Chaim wordt gemeten om te controleren of aan de luchtkwaliteitsnormen voor "totaal stof" wordt voldaan.

Meetresultaten

[Resultaten over 2014](#)

[Aanvullende luchtmetingen naar vluchtige organische koolwaterstoffen](#)

[Resultaten over 2013](#)

[Resultaten over 2012](#)

[Resultaten over 2011](#)

Informatie over de eerste 6 maanden meten op Beth Chaim van 2010: Vanaf 28 januari 2010 is Beth Chaim aangesloten op het elektriciteitsnet. Vanaf 15 maart is de totaal-stof monitor (een zogenaamde TEOM) voorzien van een TSP kop. Om de kwaliteit van de meetdata vanaf begin 2010 op Beth Chaim te optimaliseren is een controleprogramma begin juni uitgevoerd. Hierbij zijn de TSP monitor en de SO2 monitor uitgebreid geïnspecteerd: Alle metingen en het rapport over 2010 zijn beschikbaar op: [Rapport Meetresultaten 2010](#) en de data via [gevalideerde meetresultaten 2010](#)

De data tot 1 juni valt niet onder de ISO 17025 accreditatie van de GGD Amsterdam. Vanaf 1 juni is de GGD bezig om de 2 meetstations onder accreditatie van de GGD Amsterdam te laten vallen. Vanaf april 2011 vallen de meetstations onder [de accreditatie](#) van de gemeente Amsterdam.

Historische data

In de onderstaande documenten is historische informatie te vinden over de luchtkwaliteit in Curaçao.

[Gevalideerde data over 2011](#)

[Attachment F](#)

[Hinderwetvergunning ISLA](#)

[Toelichting op Milieuvergunning ISLA](#)

[Hinderwetvergunning curacao utilities company n.v.](#)

SO2 en TSP niveaus 2007

Kies op onderstaande kaart een van de meetstations om hiervan de meetresultaten weer te geven.
Voor meer gedetailleerde informatie klikt u op een meetstation en vervolgens op: Detailpagina bekijken.

Laatste meetresultaten

De getoonde resultaten zijn uurgemiddelden. Voor meer gedetailleerde informatie klikt u op de naam van het station.

Gegevens laatst bijgewerkt op: 10-11-2016 14:00:00.

Meetstion	SO2 ug/m3	TSP ug/m3	H2S ug/m3	PM10 ug/m3
Curacao Beth Chaim	2	30,4	-	-
Curacao Kas Chikitu	24,8	-	0	44,1

